

PROCESSO N.º 12.084/2025 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 21/2025 DETENTOR: CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA, CNPJ: 53.968.717/0001-98 DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 15 DE SETEMBRO DE 2025 VIGÊNCIA: 03/10/2025 A 03/10/2026 GESTORES DO CONTRATO: NILBERTO JOSÉ PEREIRA CARPES FILHO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 07/2025				
OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABÉTICOS.				
VIGÊNCIA: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias a partir da data da publicação na imprensa oficial do município.				
ITEM 1				
Qtd.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
850.000	Unidade	Tira reagente para medição de glicemia capilar, por meio de amostras de sangue total, com acesso capilar, venoso e arterial, para uso em pacientes adultos, crianças gestantes e neonatos, por metodologia de biosensor amperométrico, com uso de chip de calibração e coleta de sangue pela parte superior e por aspiração, evitando a contaminação cruzada. Faixa de medição do aparelho entre 20 e 600 mg/dl, admitidos valores superiores ou inferiores. Informação de “LO” somente abaixo de 20 mg/d e “HI” acima de 600 mg/Dl. Volume de amostra sanguínea até 0,5 microlitros e validade de no mínimo 12 meses a partir da entrega e de 24 meses a contar da data de fabricação. Deverão ser acondicionados em caixas com 50 unidades, possuir tempo de leitura de até 5 segundos. As tiras deverão conter identificação, e informações sobre procedência, a marca data de validade e registro na Anvisa. Estudo ISSO 15.197/2013 e Certificado de Boas Práticas de Fabricação pela ANVISA. Apresentação em caixa com 50 unidades, sendo cada tira embalada individualmente, evitando assim contaminação. Deverão ser fornecidos na forma de comodato e sem custos para o contratante, os aparelhos glicosímetros com uso de bateria única de lítio com capacidade para 300 medições. A garantia do produto deve ser de 5 anos que deve ser fornecido em bolsa com fechamento em zíper para transporte. A empresa deve fornecer, quando solicitado, solução de controle com 3 níveis de concentração, constando número do registro, indelével, na Anvisa. O detentor do registro na ANVISA deve ser possuidor do Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenamento (CBPDA) expedido pela ANVISA. A contratada deverá fornecer sem ônus, 2.500 aparelhos leitores de tiras reagentes compatíveis com as tiras licitadas. Os aparelhos leitores deverão ser novos, em perfeito funcionamento e acompanhados de pilhas e ou baterias. A contratada deverá repor os aparelhos leitores que apresentarem qualquer problema de funcionamento.	R\$ 0,78	R\$ 663.000,00
Valor Total do Lote				R\$ 663.000,00
Valor por Extenso: Seiscentos e Sessenta e Três Mil Reais.				